



OPĆA BOLNICA "Dr. Ivo Pedišić"

J.J.Strossmayera 59, p.p. 8, 44000 SISAK

Tel.: 044 553 100 (centrala), 044 553 101 (ravnatelj), fax: 044 531 037

Web stranice: www.obs.hr e-mail: obs@obs.hr

Ur.br.:2176-125-27-4-7039-4/2017

Sisak, 20.11.2017.

Na temelju članka 198. Stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN br.120/16), javni naručitelj, Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, na nacrt Dokumentaciji o nabavi za predmet nabave:

Otopine i potrošni materijal za hemodijalizu, ev. broj nabave: 01/2018, objavljuje

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Dana 10.11.2017. godine Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak objavila je na svojim internetskim stranicama www.obs.hr obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Nacrt Dokumentacije o nabavi i troškovnike za:

Predmet nabave: Otopine i potrošni materijal za hemodijalizu

Evidencijski broj nabave: 01/2018

Postupak: Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti

Krajnji rok za dostavu primjedbi i prijedloga: 15.11.2017. godine do 14,00 sati.

Dana 15.11.2017. godine putem e-maila javni naručitelj je dobio upit od zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Gospodarski subjekt je dostavio prijedlog izmjene troškovnika za grupu 5. Potrošni materijal za peritonejsku dijalizu odnosno da se „Napomena naručitelja: dostaviti uzorke“ izbací iz troškovnika s obzirom da se tražena roba navedene grupe već godinama koristi u Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“.

Točkom 4.2.2. Dokumentacije o nabavi je određeno da ponuditelj kao dokaz temeljem kojeg će se provjeriti da li nuđena roba u potpunosti odgovara opisu iz tehničke specifikacije – troškovnika dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 11).

Od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, **naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru** tražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi dokaz da nuđena roba odgovara opisu iz tehničke specifikacije - troškovnika i to:

- a) Katalog, izvod iz kataloga ili prospekt, za onu robu za koju je navedeno ispod odgovarajuće tablice, na hrvatskom ili engleskom jeziku i latiničnom pismu.
- b) Ponuditelj je dužan dostaviti uzorke robe, za onu robu za koju je navedeno ispod odgovarajuće tablice, kako bi se ispitalo da li ponuđena roba zadovoljava potrebe naručitelja. Svaki uzorak mora biti obilježen da je jasno vidljivo na koji broj stavke i grupe se odnosi. Dostavljeni uzorci smatrati će se gratis uzorcima i neće se vraćati ponuditeljima.

S obzirom na gore navedeno Stručno povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave ne prihvata prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenom Dokumentacije o nabavi.

Dana 15.11.2017. godine putem e-maila javni naručitelj je dobio upit od drugog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Zainteresirani gospodarski subjekt traži nadopunu naziva u grupi 1: Dijalizatori za hemodijalizu I.

Za stavku 1. traži se nadopuna naziva: Dijalizatori membrana α polisulfon **ili odgovarajuća polisulfon modificirana**, nisko protočni, sterilizacija gama zrakama, površina 1.6 m² **do 1.7 m²**; KUF 14 **do 18**.

Za stavku 2. traži se nadopuna naziva: Dijalizatori membrana α polisulfon **ili odgovarajuća polisulfon modificirana**, nisko protočni, sterilizacija gama zrakama, površina 1.9 m²; KUF 17 **do 20**; klirensi pri Qb 400ml/min i Qd 500 ml/min; **kreatinin ≥289**.

Za stavku 3. traži se nadopuna naziva: Dijalizatori membrana α polisulfon **ili odgovarajuća polisulfon modificirana**, visoko protočni, sterilizacija gama zrakama, površina 1.6 m² **do 1.7 m²**; KUF 74 **do 85**.

Također gospodarski subjekt traži da se briše nestandardna i isključiva značajka u nazivu: klirensi pri Qb 400 ml/min i Qd 500 ml/min; **citokrom C≥95**, tvrdeći da taj parametar iskazuje samo 1 proizvođač te se time ograničava konkurentnost ponuda.

Za stavku 4. traži se nadopuna naziva: Dijalizatori membrana α polisulfon **ili odgovarajuća polisulfon modificirana**, visoko protočni, sterilizacija gama zrakama, površina 1.9 m²; KUF 76 **do 97**.

Također gospodarski subjekt traži da se briše nestandardna i isključiva značajka u nazivu: klirensi pri Qb 400 ml/min i Qd 500 ml/min; **citokrom C≥95**, tvrdeći da taj parametar iskazuje samo 1 proizvođač te se time ograničava konkurentnost ponuda.

Grupa 8. Otopine za zatvaranje katetera i fiksatori

Gospodarski subjekt traži da se izdvoji u zasebnu grupu st. 1. OTOPINE ZA ZATVARANJE KATETERA NA BAZI 30% NATRIJEVOG CITRATA, 5 ml, kako bi se omogućila konkurentnost.

Grupa 9. Otopine za bicarbonatnu hemodijalizu i kapsule

Gospodarski subjekt traži da se izdvoji u zasebnu grupu st. 2. PRAŠKASTI ALKALNI KONCETRAT U KAPSULI ZA DIALOG/DIALOG+, 760 g; kako bi se omogućila konkurentnost.

Grupa 11: Dijalizatori za hemodijalizu II

Gospodarski subjekt traži da se st. 1, 2 i 3 izdovoje u zasebnu grupu kako bi se omogućila konkurentnost te traži promjenu naziva na sljedeći način:

Za stavku 1. Dijalizatori membrana α polisulfon **ili odgovarajuća polisulfon modificirana**, nisko protočni, sterilizacija gama zrakama, površina 1.2 m² **do 1.3 m²**; KUF 9 **do 14**.

Za stavku 2. Dijalizatori membrana α polisulfon **ili odgovarajuća polisulfon modificirana**, nisko protočni, sterilizacija gama zrakama, površina 1.5 m^2 ; KUF 10 **do 16**.

Za stavku 3. Dijalizatori membrana α polisulfon **ili odgovarajuća polisulfon modificirana**, nisko protočni, sterilizacija gama zrakama, površina 1.8 m^2 do **1.9 m^2** ; KUF 12 **do 20**.

Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja su tražili očitovanje stručne službe javnog naručitelja odnosno Odjela za hemodijalizu te daju odgovor kako slijedi.

U Odjelu dijalize, 31 godinu liječimo kronično bubrežno zatajenje hemodializom te 19 godina akutnu ozljeđu bubrega kontinuiranim metodama hemodialize, hemofiltracija te plazmafereze.

Člankom 203. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016), omogućeno je javnom naručitelju da odredi predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Člankom 205. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) propisano je da se predmet nabave mora opisati na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu zahtjeva koje je javni naručitelj postavio.

Specifikacija potrošnog materijala za dijalizu je sačinjena na temelju našeg iskustva i prilagođena individualnim potrebama naših bolesnika, uz redovito praćenje kvalitete dijalize i kompletne laboratorijske obrade. Također je uzeta u obzir oprema kojom naša ustanova raspolaže.

Slijedom navedenog, javni naručitelj se u potpunosti pridržava odredbi gore navedenih članaka.

Prema našim saznanjima postoje barem dva gospodarska subjekta koji mogu ponuditi tražene proizvode. Također Zakonom o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) i dokumentacijom o nabavi, točkom 7.1., omogućena je zajednica gospodarskih subjekata.

S obzirom na navedeno, Stručno povjerenstvo ne prihvata zahtjeve zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenama Troškovnika.

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave