



OPĆA BOLNICA "Dr. Ivo Pedišić"

J.J.Strossmayera 59, p.p. 8, 44000 SISAK

Tel.: 044 553 100 (centrala), 044553 101 (Sanacijski upravitelj), fax: 044 531 037

Web stranice: www.obs.hr e-mail: obs@obs.hr

U.broj: 2176-125-31-3467-1/2015
Sisak, 29. travnja 2015. godine.

Predmet: Poziv za dostavu Ponude za nabavu intraoperacijskog mobilnog RTG uređaja s C-lukom – 1 kom., ev. br. nabave: 79/2015.

- dostavlja se

Poštovani,

Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak kao Naručitelj ovim putem poziva Vas da dostavite ponudu za nabavu intraoperacijskog mobilnog RTG uređaja s C-lukom - 1 kom.

U primitku ovog pismena dostavljamo Vam Ponudbeni list i Tehničku specifikaciju.
Popis dokumenata koje trebate dostaviti u svojoj ponudi kako biste dokazali da ne postoje razlozi za obvezno isključenje Vas kao ponuditelja i kojima dokazujete pravnu i poslovnu sposobnost, tehničku i stučnu sposobnost i to kako slijedi:

- *Obavezni razlozi isključenja:*

Javni naručitelj obavezan je isključiti ponuditelja iz postupka nabave:

1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave (dan slanja ovog Poziva).

2. ako nije ispunio obavezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave, ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovog stavka, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovog stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. ovog stavka.

Javni naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:

1. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta,

2. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točaka 1. i 2. gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja:

1. izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave ili
2. važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz točke 1. ovog stavka ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz točke 1. ovog stavka ili dokument iz točke 2. ovog stavka ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.

- Pravna i poslovna sposobnost

1. Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost.
2. Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode o upisu proizvođača medicinskih proizvoda u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda temeljem članka 28. i 29. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13) koje mora biti dostavljeno samo za proizvođače koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i samo za proizvođače sa sjedištem u trećim zemljama čiji ovlašteni zastupnici imaju sjedište u Republici Hrvatskoj.
3. Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode o upisu u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda temeljem članka 47., 51., 52. i 53. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13), za ponuditelje (pravne i fizičke osobe) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje obavljaju promet medicinskih proizvoda na veliko odnosno važeći akt sukladno članku 91. i članku 92. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13). Ponuditelji (pravne i fizičke osobe) sa sjedištem u Europskoj uniji a izvan Republike Hrvatske dostavljaju potvrdu, izjavu ili dozvolu izdanu od nadležnog tijela ukoliko postoji u državi njihova sjedišta da ispunjavaju sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda u državi u kojoj imaju sjedište ili odgovarajuću izjavu ukoliko tako nešto (formalno ovlaštenje povrh općih trgovinskih propisa) ne postoji u državi njihova sjedišta.
4. Rješenje zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, Zagreb kojim dokazuje da ispunjava uvjete propisane za obavljanje djelatnosti sukladno članku 9. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13), odnosno važeći akt, na temelju članka 20. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 89/13).
Pojašnjenje: S obzirom da je predmet nabave uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje, ponuditelji su u ponudi dužni dostaviti važeća odobrenja (Rješenja) iz članka 14. i 15. Pravilnika o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 71/12 i 89/13).

- Tehnička i stručna sposobnost

1. Popis ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane.
Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja.

Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena.

Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinistosti potvrde.

2. Popis obrazovnih i stručnih kvalifikacija dobavljača i/ili osoba njegova voditeljskog kadra, a posebice osobe ili osoba odgovornih za poslove postavljanja, instalacije robe i servisiranja (članak 72. stavak 3. točka 3. Zakona o javnoj nabavi). U Izjavi treba naznačiti uz navedeno i vrijeme odaziva servisera na prijavljeni kvar. Vrijeme dolaska i utvrđivanja kvara može biti max. 24 sata od prijave kvara.
3. Kataloge, prospekte, upute za rukovanje i/ili tehničke specifikacije uređaja izradene i ovjerene od strane proizvođača ponuđenog uređaja – javni naručitelj zahtijeva da su na hrvatskom jeziku – kao običan, neovjereni prijevod.
4. Potvrde koje izdaju nadležni instituti ili priznata tijela za kontrolu kvalitete o sukladnosti proizvoda s točno određenim specifikacijama ili normama na koje se upućuje (članak 72. stavak 3. točka 7. Zakona o javnoj nabavi) uključujući certifikate po IEC standardima (tj. da uređaji posjeduju CE oznaku popraćenu identifikacijskim brojem jedne od ovlaštenih ustanova za certificiranje pri EC). Tražene potvrde ponuditelj prilaže u kopiji a mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Kriterij za odabir: najniža cijena.

Mjesto isporuke predmeta nabave: Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić, J.J.Strossmayera 59, Sisak, Odjel za radiologiju.

Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje se obavlja virmanom na žiro račun ponuditelja u roku od 60 dana od dana ispostave računa za izvršenu isporuku.

Jezik na kojem se izrađuje ponuda: hrvatski jezik.

Rok valjanosti ponude: Rok valjanosti ponude mora biti naveden u ponudi i ne može biti kraći od 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda s tim da naručitelj može pismenim putem zatražiti produljenje roka valjanosti ponude.

Vašu ponudu molimo dostaviti najkasnije do 13. svibnja 2015. godine do 12,00 sati na adresu: Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, J.J.Strossmayera 59, Sisak s naznakom „PONUDA ZA INTRAOPERACIJSKI MOBILNI RTG UREĐAJ S C-LUKOM – 1 kom., EV. BR. NABAVE: 79/2015 - NE OTVARAJ“, preporučenom poštom ili osobnom dostavom na Upisnik u Službu za nabavno-skladišne poslove.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

- naziv i adresa naručitelja,
- naziv i adresa ponuditelja,
- naziv predmeta nabave na koji se ponuda odnosi,
- naznaka „ne otvaraj“.

Ponuda treba sadržavati sljedeće:

- popunjeno i ovjeren ponudbeni list,
- popunjeno i ovjeren Troškovnik (tehničku specifikaciju),
- dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja,
- dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje ostali razlozi isključenja,
- tražene dokaze sposobnosti.

Ponude otvaraju osobe koje provode nabavu.

S poštovanjem,

Sanacijski upravitelj

dr. sc. Miroslav Dubovečak, dr. med.



Prvítak:

- Ponudbeni list
- Tehnička specifikacija

Ponudbeni list – ½

Broj ponude:

Datum ponude:

PONUDBENI LIST

1.NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA: OPĆA BOLNICA "DR. IVO PEDIŠIĆ" SISAK
J.J. STROSSMAYERA 59
44000 SISAK
MB: 0687561, OIB: 01066571771

2. PREMET NABAVE

INTRAOPERACIJSKI MOBILNI RTG UREĐAJ S C-LUKOM – 1 kom.

3. PODACI O PONUDITELJU:

Zajednica ponuditelja (zaokružiti)	DA	NE
Naziv i sjedište ponuditelja/nositelja zajednice ponuditelja		
OIB	IBAN	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)	DA	NE
Adresa za dostavu pošte		
Adresa e-pošte		
Odgovorna osoba ponuditelja		
Kontakt osoba ponuditelja		
Broj telefona		
Broj faksa		

ZA PONUDITELJA

M.P.

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

8. Ponudbeni list – 2/2

4. CIJENA PONUDE

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost	kn
Iznos poreza na dodanu vrijednost (PDV)	kn
Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost	kn

(Ako ponuditelj nije u sustavu porezna na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno, a na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene bez poreza na dodanu vrijednost.)

5. MJESTO ISPORUKE: Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić, J.J. Strossmayera 59, Sisak, Odjel za radiologiju.

6. ROK ISPORUKE: dana (max. 20 dana) od primitka narudžbenice.

7. ROK VALJANOSTI PONUDE: dana (minimalno 60 dana) od dana isteka roka za dostavu ponuda.

8. ROK I UVJETI PLAĆANJA: plaćanje temeljem ispostavljenog računa za izvršenu isporuku, virmanom u roku od 60 dana od dana primitka računa za naplatu.

9. JAMSTVENI ROK za ponuđeni intraoperacijski moblini RTG uređaj s C-lukom – 1 kom.

iznosi mjeseci (minimalno 12 mjeseci) od dana potpisivanja primopredajnog zapisnika.

ZA PONUDITELJA

M.P.

.....
(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

Redni broj	OBVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I OPIS PREDMETA NABAVE	Potpis tehničkih karakteristika DA/NE	Navesti točan broj stranice gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
OPIS PREDMETA NABAVE			
INTRAOPERACIJSKI MOBILNI RTG UREĐAJ S C-LUKOM - 1 kom.			
Proizvođač i model uređaja (upisati u donji red):			
<i>Tražene karakteristilke:</i>			
1 MOBILNI C-LUK			
1.1.	SID min. 90 cm		
1.2.	Orbitalni pomak C-luka min. 120°		
1.3.	Angulacija C-luka min. 420°		
1.4.	Slobodan prostor C-luka po vertikalnoj osi min. 70 cm		
1.5.	Ručno namještanje C-luka po visini min. 45 cm		
1.6.	Težina C-luka max. 250 kg		
1.7.	Integrirani LCD monitor u boji osjetljiv na dodir za namještanje kondicija snimanja		
1.8.	Elektromagnetska kočnica		
1.9.	Oslobađanje svih kočnica pritiskom na tipku s prednje strane pojačala slike		
1.10.	Memorijska tipka za ponavljanje dva uzastopna položaja kamere i kolimatora		
2 GENERATOR			
2.1.	Maksimalna izlazna snaga min. 2.0kW		
2.2.	Maksimalna frekvencija generatora min. 50kHz		
2.3.	Raspon napona cijevi min. 40-110kV		
2.4.	Pulsna fluoroskopija min. 16mA		

2.5.	Radioografski mAs raspon min. 200mAs
2.6.	Pulsna fluoroskopija u rasponu od 0.5 do 15 pulseva u sekundi
3 RTG CIJEV	
3.1.	Veličina fokusa min. 0.6mm
3.2.	Toplinski kapacitet anode min. 100kHU
3.3.	Minimalno 3 tipa fluoroskopskog moda
3.4.	Grid s min. 44 linije
3.5.	Uklonjivi grid
3.6.	Virtualna kolimacija
4 POJAČIVAČ SLIKE S TV LANCEM I MONITORIMA	
4.1.	Nominalna veličina polja Ø23cm (9") s najmanje još jednim poljem prikaza
4.2.	Rezolucija min. 6.0 lp/mm
4.3.	2 LCD monitora osjetljiva na dodir (touch panel) min. 18" na samosatnim kolicima
	CCD kamera za akviziciju s min. 1 megapiksela
4.5.	Akvizicijski modovi: kontinuirana ili pulsna fluoroskopija, digitalna akvizicija, seriska akvizicija i DSA akvizicija
4.6.	Akvizicija slike u formatu min. 1024x1024x12bit
4.7.	Digitalna fluoroskopija s min. 30 fps na 1024x1024x12bit matrici
4.8.	Filteri za smanjenje doze zračenja
5 DIGITALNI SITEM I ARHIVA	
5.1.	Snimanje min. 30.000 slike sa 1024x1024x12bit formatom direktno na hard disk
5.2.	Snimanje slike na CD sa 1024x1024x12bit formatom
5.3.	Fluoroskopska loop pohrana min. 100 slika (1024x1024x12bit)
5.4.	APR parametri snimanja sa mogućnošću programiranja od strane korisnika
6 OSTALO	
6.1.	DICOM kompatibilan
6.2.	Memorijski prekidač za reprodukciju kuta kamere i pozicije kolimatora za vrijeme različitih pozicija C-luka
6.3.	Mogućnost programiranja min. 8 postavki koje se mogu koristiti pritiskom jedne tpe za vrijeme pregleda
6.4.	Ekspozicijska upozoravajuća lampa

Troškovnik (tehnička specifikacija)

INTRAOPERACIJSKI MOBILNI RTG UREĐAJ S C-LUKOM - 1 kom.

CIJENA PONUDE INTRAOPERACIJSKOG MOBILNOG RTG UREĐAJA S C-LUKOM - 1 kom BEZ PDV
PDV
CIJENA PONUDE INTRAOPERACIJSKOG MOBILNOG RTG UREĐAJA S C-LUKOM - 1 kom SA PDV