

U.broj:2176-125-31-3468-1/2015-SC  
Sisak, 29.04.2015.

Predmet: Poziv za dostavu za nabavu robe –Mobilni RTG uređaj za  
jedinicu intenzivnog liječenja – 1 kom.  
- dostavlja se

Poštovani,

Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak kao Naručitelj ovim putem poziva Vas da dostavite ponudu za nabavku – mobilnog RTG uređaja za jedinicu intenzivnog liječenja – 1 kom.

U privitku ovog pismena dostavljamo Vam Opis predmeta nabave i Popis dokumenata koje trebate dostaviti u svojoj ponudi kako biste dokazali da ne postoje razlozi za obvezno isključenje Vas kao ponuditelja i kojima dokazujete pravnu i poslovnu sposobnost, tehničku i stručnu sposobnost i to kako slijedi:

-Obavezni razlozi isključenja:

1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevarena (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženje (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 1152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.)

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1. gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.



2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave, ili
2. važeći jednakovijredni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovog stavka, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjereni potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovog stavka ili jednakovijredni dokument iz točke 2. ovog stavka.

-Pravna i poslovna sposobnost

1. Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost.

2. Rješenje agencije za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb o upisu proizvođača medicinskih proizvoda u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda temeljem članka 28. i 29. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13) koje mora biti dostavljeno samo za proizvođače koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i samo za proizvođače sa sjedištem u trećim zemljama čiji ovlašteni zastupnici imaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

3. Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb o upisu u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda temeljem članka 47., 51., 52. i 53. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13), za Ponuditelje (pravne i fizičke osobe) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje obavljaju promet medicinskih proizvoda na veliko odnosno važeći akt sukladno članku 91. i članku 92. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/2013). Ponuditelji (pravne i fizičke osobe) sa sjedištem u Europskoj uniji a izvan Republike Hrvatske dostavljaju potvrdu, izjavu ili dozvolu izdanu od nadležnog tijela ukoliko postoji u državi njihova sjedišta da ispunjavaju sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda u državi u kojoj imaju sjedište ili odgovarajuću izjavu ukoliko tako nešto (formalno ovlaštenje povrh općih trgovinskih propisa) ne postoji u državi njihova sjedišta.

4. Rješenje zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, Zagreb kojim dokazuje da ispunjava uvjete propisane za obavljanje djelatnosti sukladno članku 9. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13), odnosno važeći akt, na temelju članka 20. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 89/13)

Ch

Pojašnjenje: S obzirom da je predmet nabave uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje, ponuditelji su u ponudi dužni dostaviti važeća odobrenja (Rješenja) iz članka 14 i 15 Pravilnika o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 71/12 i 89/13).

-Tehnička i stručna sposobnost

1. Popis ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane.

Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja.

Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

2. Popis obrazovnih i stručnih kvalifikacija dobavljača i/ili osoba njegova voditeljskog kadra, a posebice osobe ili osoba odgovornih za poslove postavljanja, instalacije robe i servisiranja (članak 72. stavak 3. točka 3. Zakona o javnoj nabavi). Uz navedeno u izjavi treba naznačiti vrijeme odaziva servisera na prijavljeni kvar. Vrijeme dolaska i utvrđivanja kvara može biti max. 24 sata od prijave kvara.

3. Potvrde koje izdaju nadležni instituti ili priznata tijela za kontrolu kvalitete o sukladnosti proizvoda s točno određenim specifikacijama ili normama na koje se upućuje (članak 72. stavak 3. točka 7. Zakona o javnoj nabavi) uključujući certifikate po IEC standardima (tj. da uređaji posjeduju CE oznaku popraćenu identifikacijskim brojem jedne od ovlaštenih ustanova za certificiranje pri EC). Tražene potvrde ponuditelj prilaže u kopiji a mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

3. Kataloge, prospekte, upute za rukovanje i/ili tehničke specifikacije uređaja izrađene i ovjerene od strane proizvođača ponuđenog uređaja - javni naručitelj zahtjeva da su na hrvatskom jeziku – kao običan, neovjereni prijevod.

Kriterij za odabir: najniža cijena

Mjesto isporuke robe: Sisak, J.J. Strossmayera 59

Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje će se vršiti na temelju ispostavljenog računa u roku 60 dana na IBAN odabranog gospodarskog subjekta.

Rok isporuke robe: max. 20 dana primitka narudžbenice po potpisanom ugovoru

Jezik na kojem se izrađuje ponuda: hrvatski jezik.

Rok valjanosti ponude: Rok valjanosti ponude mora biti naveden u ponudi i ne može biti kraći od 90 dana od dana otvaranja ponuda s tim da naručitelj može pismenim putem zatražiti produljenje roka valjanosti ponude.

4

Vašu ponudu molimo dostaviti najkasnije do 14.05.2015. godine do 12,00 sati na adresu: Opća bonica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, J.J.Strossmayera 59 s naznakom „PONUDA – NE OTVARAJ – MOBILNI RTG uređaj“, preporučenom poštom ili osobnom dostavom na Upisnik u Službu za nabavno-skladišne poslove.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

- naziv i adresa naručitelja,
- naziv i adresa ponuditelja,
- naziv predmeta nabave na koji se ponuda odnosi,
- naznaka „ne otvaraj“.

Ponude otvaraju osobe koje provode nabavu.

S poštovanjem

Sanacijski upravitelj

Dr.sc. Miroslav Dubovečak, dr. med.



Privitak:

- Ponudbeni list
- Opis predmeta nabave  
(troškovnik)

Ponudbeni list broj.....

1. Naziv i sjedište naručitelja: OPĆA BOLNICA "DR. IVO PEDIŠIĆ" SISAK  
J.J. STROSSMAYERA 59  
44000 SISAK  
OIB:01066571771

2. Naziv i sjedište ponuditelja:

Naziv: .....  
Sjedište: .....  
OIB (ili nacionalni indentifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta).....  
Tel./fax.: .....  
Račun (IBAN): .....  
Ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost                    DA                    NE  
Osoba za kontakt: .....  
Odgovorna osoba: .....

3. PREDMETA NABAVE: Mobilni RTG uređaj za jedinicu intenzivnog liječenja – 1 kom.

4. CIJENA PONUDE (upisati cijenu bez PDV, sa uračunatim svim troškovima i popustom)

..... kn  
PDV ..... kn  
Ukupna cijena s PDV ..... kn

5. Rok valjanosti ponude: rok valjanosti ponude iznosi \_\_\_ dana (minimalno 90 dana) od dana isteka roka za dostavu ponuda.

6. Rok isporuke robe:                    dana    ( max. 20 dana po primitku narudžbenice po potpisanom ugovoru)

7. Rok plaćanja:                    dana (60 dana od ispostave računa)

8. Jamstveni rok: ..... mjeseci    (min.12 mjeseca)

\_\_\_\_\_  
*Potpis, datum i pečat ovlaštene osobe ponuditelja*

## Troškovnik

R. br.	Tehnički opis	Količina Kom	Cijena ponude (bez PDV)
1.	Mobilni RTG uređaj za jedinicu intenzivnog liječenja	1	
	PDV		
	SVEUKUPNA CIJENA		

---

Žig i potpis ponuditelja

Specifikacija - tehničke karakteristike - Mobilni RTG uređaj za jedinicu intenzivnog liječenja

R.br.	Tehničke karakteristike	Potvrda zahtjevnih karakteristika (obvezno označiti markerom i rednim brojem stranice gdje se u priloženom katalogu ili uputama za rad proizvođača, nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike)
1	Rad aparata na mrežnom i autonomnom (akumulatorskom) napajanju	
2	Nominalna snaga generatora min.12,5 kW	
3.	Frekvencija rada generatora 60kHz	
4.	Regulacija kV u rasponu:40-125 kV	
5.	Regulacija kV od 1 kV	
6.	Maksimalna struja: min. 160 mA	
7.	Raspon mAs:od 0.32 do 320 mAs	
8.	Automatski programi za radiografiju min. 70	
9.	RTG cijev sa fokusom min.0,7mm	
10.	Referentno svjetlo prikazuje ekspozicijsko polje	
11.	Ekspozicija je moguća bez priključivanja aparata u utičnicu	
12.	Motorni pogon aparata naprijed i nazad	
13.	Pomak aparata pomoću komandi na kolimatoru	
14.	Prikaz nivoa napunjenosti baterija	
15.	Toplinski kapacitet anode cijevi:min.300kHU	
16.	Promjenjiva udaljenost fokus – film min.120 cm	
17.	Vertikalni pomak cijevi:od min.650 do 1200 mm	
18.	Rotacija nosača cijevi:min +/- 260o	
19.	Visina fokusne točke:min.750 do 2000 mm od poda	
20.	Rotacija RTG cijevi: min.+/- 180o	
21.	Odjeljak za kazete	
22.	Ručni prekidač za eksponiranje	
23.	Integrirana komora za mjerenje doze zračenja	
24.	Svjetlosna oznaka na minimalno dva mjesta sa prikazom spremnosti uređaja za ekspoziciju	
25.	Sigurnosni štitnik od kolizije sa drugim predmetima sa prednje strane	
26.	Tipka na prednjoj strani kolimatora koja pomiče RTG cijevi inč po inč (2,54 cm.) kako bi se RTG cijev pomakla na savršenu poziciju dok je operater na prednjoj strani uređaja	