



OPĆA BOLNICA "Dr. Ivo Pedišić"

J.J.Strossmayera 59, p.p. 8, 44000 SISAK

Tel.: 044 553 100 (centrala), 044553 101 (ravnatelj), fax: 044 531 037

Web stranice: www.obs.hr e-mail: obs@obs.hr

Ur.br.: 2176-125-27-4-7864-4/2017

Sisak, 20.12.2017.

Na temelju članka 198. Stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN br.120/16), javni naručitelj, Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, na nacrt Dokumentaciji o nabavi za predmet nabave: **Ostali lijekovi II, ev. broj nabave: 22/2018, objavljuje**

**IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA
ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

Dana 14.12.2017. godine Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak objavila je na svojim internetskim stranicama www.obs.hr obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Nacrt Dokumentacije o nabavi i troškovnike za:

Predmet nabave: **Ostali lijekovi II**

Evidencijski broj nabave: 22/2018

Postupak: Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti

Krajnji rok za dostavu primjedbi i prijedloga: 20.12.2017. godine do 10,00 sati.

Dana 19.12.2017. godine putem e-maila javni naručitelj je dobio upit od zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Gospodarski subjekt je dostavio zahtjev za izmjenom i prijedlogom za troškovnik Grupe 18-lijek sevofluran, boč.250 ml, kako slijedi:

1. Broj i model potrebnih isparivača koji moraju biti istovjetni proizvođaču anestezioloških aparata
2. Potvrda o kompatibilnosti ponuđenih isparivača sa anesteziološkim uređajima izdanu od proizvođača anestezioloških uređaja
3. Izjavu ponuđača da će ponuđene isparivače servisirati i po potrebi zamijeniti ispravnim
4. Ponuđeni isparivač, bočica i anestetik u bočici od 250 ml moraju činiti zatvoreni sistem što znači da spajanje bočice i isparivača mora biti bez dodatnih uređaja (adaptera) koji mogu uzrokovati doatno isparavanje, kapanje, curenje ili prolivanje anestetika odnosno zagađenje prostora u kojem boravi i radi medicinsko osoblje
4. Bočica i isparivač anestetika od 250 ml trebaju biti otporni na udarce i nelomljivi – spriječiti opasnost razbijanja bočice i kontaminiranja prostorija u kojima se anestetik koristi

Stručno povjerenstvo je prihvatilo zahtjev gospodarskog subjekta te je sukladno navedenom izvršena dopuna troškovnika za navedenu grupu.

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave