



OPĆA BOLNICA "Dr. Ivo Pedišić"

J.J.Strossmayera 59, p.p. 8, 44000 SISAČ

Tel.: 044 553 100 (centrala), 044553 101 (ravatelj), fax: 044 531 037

Web stranice: www.obs.hr e-mail: obs@obs.hr

Ur.br.:2176-125-27-4-7106-3/2017

Sisak, 22.11.2017.

Na temelju članka 198. Stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN br.120/16), javni naručitelj, Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, na nacrt Dokumentaciji o nabavi za predmet nabave:

Jednokratni potrošni medicinski materijal, ev. broj nabave: 03/2018, objavljuje

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Dana 14.11.2017. godine Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak objavila je na svojim internetskim stranicama www.obs.hr obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Nacrt Dokumentacije o nabavi i troškovnike za:

Predmet nabave: Jednokratni potrošni medicinski materijal

Evidencijski broj nabave: 03/2018

Postupak: Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti

Krajnji rok za dostavu primjedbi i prijedloga: 20.11.2017. godine do 14,00 sati.

Dana 17.11.2017. godine putem e-maila javni naručitelj je dobio upit od zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Gospodarski subjekt traži da se u grupi 4. Potrošni materijal za regionalnu anesteziju i acidobazno određivanje za stavku 2. izmijeni opis traženog proizvoda i da glasi na slijedeći način:“ SET ZA KONTINUIRANU EPIDURALNU ANESTEZIJU (Touhy epiduralna igla 1.3x80-90 mm (18G), epiduralni kateter zatvorena vrha sa tri lateralna otvora 0.85x0.45x90-1000 mm (20Gx40") LOR štrcaljka 8-10 ml elipsoidna graduacija, epiduralni filter 0,2 um, fiksator filtera, kateter konektor na navoj“.

Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja su tražili očitovanje stručne službe javnog naručitelja odnosno Odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu te daju odgovor kako slijedi.

Veća duljina epiduralne igle povećava rizik neželjene punkcije dure što je ozbiljna komplikacija koja se želi izbjeći te duljina 80 mm je odgovarajuća i dovoljna.

S obzirom na navedeno, Stručno povjerenstvo ne prihvaća zahtjeve zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenama Troškovnika.

Nadalje traže da se u istoj grupi izmijeni opis traženog proizvoda pod stavkom 4. i da glasi:

„SET ZA KOMBINIRANU SPINALNO/EPIDURALNU ANESTEZIJU, sadrži epiduralni kateter s mekanim vrhom 0.85/0, 45/90-1000 mm (20G), spinalnu "pencil point" iglu G27 odgovarajuće dužine ovisne o dužini pripadajuće epiduralne igle i epiduralnu iglu G18x3 1/2", 1.3x88-90 mm, LOR štrcaljku, 0.2 um filter, kateter konektor, fiksator za filter“.