

OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ  
J.J. STROSSMAYERA 59, SISAK  
SISAK, 23.07.2014.  
UR. BROJ: 2176-125-31-4276-3/14

**SVIM ZAINTERESIRANIM  
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

PREDMET: pojašnjenje tehničke specifikacije

**Predmet nabave:** neprolazni parni sterilizator kapaciteta 1 sterilna jedinica za Odjel za operaciju – 1 kom.

**Vrsta postupka nabave:** nabava roba, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn a do 200.000,00 kn za robu i usluge i do 500.000,00 kn za radove

**Evidencijski broj nabave:** 103/2014

Dana 22.07.2014. zaprimili smo zahtjev za pojašnjenjem tehničke specifikacije od zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Zainteresirani gospodarski subjekt traži pojašnjenje kako slijedi:

**1.** Gospodarski subjekt pita da li se može nuditi materijal izrade komore nehrđajući čelik AISI 316L te predlaže dopunu tehničkog opisa „Komora i plašt izrađeni od nehrđajućeg čelika 316 Ti ili 316 L.

Ne prihvaća se dopuna opisa od strane gospodarskog subjekta budući da nehrđajući čelik 316 Ti u sebi ima titan koji ojačava i stabilizira strukturu varova komore.

**2.** Gospodarski subjekt postavlja pitanje da li je dozvoljeno nuditi sustav Reverzne osmoze izvan kućišta sterilizatora.

Ne prihvaća se zahtjev gospodarskog subjekta budući da je to lošije tehničko rješenje. Traži se kompaktan uređaj koji štedi prostor i pojednostavljuje održavanje.

**3.** Gospodarski subjekt postavlja pitanje da li je dozvoljeno nuditi jači generator pare od snage 3,6 kW s max. potrošnjom el. energije 1,8 kWh/ciklusu te predlažu dopunu opisa: „Ugrađen el. parni generator min. snage 3,6 kW s max potrošnjom el. energije 1,8-2,3 kWh/ciklusu.

Ne prihvaća se zahtjev gospodarskog subjekta jer se traži uređaj koji troši što manje energije uz brzinu ciklusa definiranu u točki 1.12.

Navedeno pojašnjenje biti će postavljeno na internetskoj stranici Naručitelja.

**OSOBE ZA PROVEDBU NABAVE**